



ATA DE SESSÃO

Pregão Presencial nº 10.013/2020 - PP

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para combate a pandemia provocada pelo COVID-19.

Sessão para recebimento e proferição do Termo de Análise das Amostras efetuada por Técnicos competentes da Secretaria de Saúde do Município de Aracati – Ceará.

Ao décimo quarto dia (14) de julho de 2020, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Sessões da Comissão de Licitação do Governo Municipal do Aracati/CE, A Pregoeira deste Município, Sra. Nataniele Gondim Rodrigues, juntamente com sua Equipe de Apoio, o Sr. Carlos Ramires da Lima Nascimento e a Sra. Claudete de Lima Pinto Vieira. Em ato contínuo, após o recebimento do Termo da Análise das Amostras e sendo ele empreendido com fulcro no item 6.2 do Instrumento Convocatório e conduzido por Equipe Técnico de funcionários competentes da Secretaria de Saúde do Município de Aracati – Ceará, a Sra. Pregoeira deu início à sessão de enunciação dos resultados das amostras apresentadas pelas licitantes arrematantes do Pregão Presencial nº 10.013/2020 – PP. Segue abaixo tabela:

Licitantes	Itens	Resultados do laudo da Secretaria de Saúde
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ITEM 1	AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA IMPERMEÁVEL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) – APROVADO – Pois atende as especificações de tamanho, gramatura e modelagem estabelecidas no edital.
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	ITEM 3	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO RESPIRADORES PFF-2 – APROVADO – Pois contempla as

4
R
Q



		exigências do descrito no edital.
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUI. E LAB EIRELI	ITEM 4	MÁSCARAS CIRÚRGICAS (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) – REPROVADO – A amostra está fora dos padrões exigidos pelo edital de gramatura, que é 40/20/20. A amostra não está com esse padrão de gramatura. Será convocada a empresa subsequente.
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	ITEM 5	AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA IMPERMEÁVEL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) – APROVADO – Pois atende as especificações de tamanho, gramatura e modelagem estabelecidas na edital.
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUI. E LAB EIRELI	ITEM 8	MÁSCARAS CIRURGICAS (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) – REPROVADO – A amostra está fora dos padrões exigidos pelo edital de gramatura, que é 40/20/20. A amostra não está com esse padrão de gramatura. Constatamos que não há empresa subsequente para esse item, portanto, declaramo-lo FRACASSO , tendo em vista que nenhuma empresa conseguiu atender as exigências técnicas na fase de amostras.
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR ME	ITEM 11	SACO DE ÓBITO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) – APROVADO – A amostra recebida está dentro dos padrões exigidos no edital, em resistência, fechamento do Zíper, acabamento, material plástico que foi confeccionado.

OBS: Laudo realizado por: José Samuel Gonzaga Nato – *Farmacêutico Coordenador da Farmácia do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias*; Gilson Matheus Menezes – *Gerente de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde*; Leydyane Garcia Filgueiras – *Enfermeira Assistencial da Secretaria de Saúde*; e, Carlianne Silvério da Costa – *Enfermeira Diretora Geral do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias*.

DOS RECURSOS



Por compulsivo desígnio do Art. 4º-G, § 1º, Lei nº 13.979/2020, e em reverência aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, *ex vi* do Art. 5º, LV da CF/88, fica aberto prazo de um (01) dia útil, para que os licitantes interessados possam interpor recurso em memorial, quanto aos resultados divulgados.

ENCERRAMENTO

Essa Ata ficará fixada no flanelógrafo oficial do Município de Aracati – Ceará, afim de que sirva de publicidade a todos os interessados. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o presente certame, do que para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai devidamente assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.

CONDUZIRAM OS TRABALHOS		
Pregoeira	Nataniele Gondim Rodrigues	
Membros da Equipe de Apoio	Carlos Ramires de Lima Nascimento	
	Claudete de Lima Pinto Vieira	