



MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005-2024  
Processo Administrativo Nº 10.005/2024-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RAIMUNDO ALEX BARROSO FERREIRA  
Data de Publicação: 25/06/2024 11:20:15

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/07/2024 10:42:07  
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Serviço	Modelo:	Valor Total:
Item: 1	Serviços	Serviço			86.625,60
<p>Descrição: Locação de 35 (trinta e cinco) Concentradores de oxigênio; Fluxo variável de 0 a 5L/ min (cinco litros por minuto) filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 220 v/60hz. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador, com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças com assistência técnica 24horas.</p> <p>Quantidade: 12 Valor Unit.: 7.218,80</p>					
Item: 2	Serviços	Serviço			39.692,40
<p>Descrição: Locação de 10 (dez) Concentradores de oxigênio; Fluxo variável de 0 a 10L/ min (dez litros por minuto) filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 220 v/60hz. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador, com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças com assistência técnica 24horas.</p> <p>Quantidade: 12 Valor Unit.: 3.307,70</p>					
Item: 3	Serviços	Serviço			4.482,00
<p>Descrição: Locação de 2 (dois) aparelhos CPAP Auto com umidificação - Características: Aparelho de Ventilação não invasiva CPAP. Especificação: Pressões de Terapia de no mínimo 4 a 20 cm H2O, podendo estar no modo AUTO realizando automaticamente as mudanças de pressões conforme as necessidades do paciente; alívio de pressão na expiração, proporcionando ao paciente um maior conforto e fácil adaptação ao tratamento; Painel de controle com display digital de cristal líquido que permita a fácil visualização das funções, mesmo a noite, e a verificação da pressão de terapia; SoftStart (Stand By)- entrega a pressão de terapia somente após a colocação da máscara no rosto, resultando em pressões iniciais mais confortáveis e suaves; Vent Ramp; rampa com tempos ajustáveis de no mínimo 0 – 20 min. Permitir adequar um início de terapia mais confortável com pressões menores. Tolerância a vazamentos: permitir identificar e compensar automaticamente a vazamentos, mantendo sempre as pressões de terapia estáveis e constantes. Ajuste automático de altitude mantendo pressões de terapia calibradas e precisas mesmo em altitudes diferentes sem comprometimento do resultado da terapia; Rede 110/220 v automática, com ampla faixa voltagem (100 -240 v) e bi frequencial (50 – 60Hz); Funcionamento em 12- 24V DC; Memória interna mínima de 06 meses para análise dos dados e monitorização da progressão da terapia do paciente; Cartão smart card para registro de data, horário e duração de cada sessão, fuga, índice de apnéia/hipopnéia e ronco, possibilitando a emissão de relatórios sobre estes dados para auxílio na avaliação médica. Calibração sem necessidade de manômetro; Segurança: Deverá acionar um alarme sonoro toda vez que identificar uma condição de falha de energia elétrica ou desconexão do paciente; Função de bloqueio do painel de controle que impede a desconfiguração dos parâmetros do CPAP; Memória interna para armazenamento de códigos de erro de funcionamento; Qualidade e durabilidade certificados; Para cada equipamento devem acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: Máscara nasal ou facial com fixador cefálico; Circuito não invasivo em silicone ou PVC com extensão de 1,80 metros; Umidificador Acoplável para umidificação e aquecimento do ar recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 níveis, redesenhado com câmara de água escondida oferecendo umidificação contínua durante toda a noite e sensor de temperatura ambiente.</p> <p>Quantidade: 12 Valor Unit.: 373,50</p>					

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LUMIAR HEALTH BUILDERS	095	05.652.247/0001-06	336.120,00	130.800,00		Não
2 B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	026	34.239.627/0001-11	353.610,00	239.040,00	82,75	Sim
3 TM SOLUCOES INTEGRADAS	115	21.592.515/0001-06	352.440,00	352.440,00	47,44	Sim
4 AMAZONIA GASES LTDA	032	10.614.976/0001-08	353.321,40	353.321,40	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS





MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	016 04.238.951/0001-54	25.920,00	25.920,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: CRISTIANE ARAUJO VEIRA ALVES

