



ATA DE SESSÃO



Pregão Presencial nº 10.013/2020 - PP

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para combate a pandemia provocada pelo COVID-19.

Sessão para recebimento e proferição do Termo de Análise das Amostras efetuada por Técnicos competentes da Secretaria de Saúde do Município de Aracati – Ceará.

Ao segundo dia (02) de julho de 2020, às 13h00min, reuniram-se na Sala de Sessões da Comissão de Licitação do Governo Municipal do Aracati/CE, A Pregoeira deste Município, Sra. Nataniele Gondim Rodrigues, juntamente com sua Equipe de Apoio, o Sr. Carlos Ramires da Lima Nascimento e a Sra. Claudete de Lima Pinto Vieira. Em ato contínuo, após o recebimento do Termo da Análise das Amostras e sendo ele compreendido com fulcro no item 6.2 do Instrumento Convocatório e conduzido por Equipe Técnico de funcionários competentes da Secretaria de Saúde do Município de Aracati – Ceará, a Sra. Pregoeira deu início à sessão de enunciação dos resultados das amostras apresentadas pelas licitantes arrematantes do Pregão Presencial nº 10.013/2020 – PP. Segue abaixo tabela:

Licitantes	Itens	Resultados do laudo da Secretaria de Saúde
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	ITEM 1	AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA IMPERMEÁVEL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <b>REPROVADO</b> - Verificou-se que o material não é impermeável, o tamanho é inadequado, pois está acima do joelho e a qualidade do material não atende as especificações descritas no edital. Também não contém látex nos punhos, conforme especificado no



		edital. Será a empresa subsequente.
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ITEM 2	MACACÃO BIOLÓGICO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <i>APROVADO</i> - Após realizado o teste de permeabilidade de líquido (água) constata-se que a amostra apresentada é compatível em gramatura, tamanho e cor, conforme consta no edital.
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR ME	ITEM 3	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO RESPIRADORES PFF-2 (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <i>REPROVADO</i> - Pois este item é de material permeável, que não contempla as exigências descritas no edital.
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	ITEM 4	MÁSCARAS CIRÚRGICAS (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <i>REPROVADO</i> - Verificou-se que a máscara possui as três camadas exigidas, porém o edital especifica que deve ser na gramatura 40/20/40, mas o que se constata é que as três camadas são de gramatura 20, não atendendo ao especificado no edital. Será a empresa subsequente.
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUI. E LAB EIRELI	ITEM 5	AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA IMPERMEÁVEL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <i>REPROVADO</i> - Depois de realizado o teste de permeabilidade de líquido (água) constata-se de a amostra apresentada não é permeável, tamanho é incompatível e a gramatura menor do que consta no edital. Será a empresa subsequente.
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR ME	ITEM 6	MACACÃO BIOLÓGICO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <i>APROVADO</i> - O macacão está dentro das especificações do edital.
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	ITEM 7	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO RESPIRADORES PFF-2 - <i>APROVADO</i> - Pois contempla as exigências do descrito no edital.



*R*  
*[Signature]*



PROMIX HOSPITALAR ME	COMERCIAL	ITEM 8	MÁSCARAS CIRURGICAS (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <b>REPROVADO</b> - Verifica-se que a mascara possui as três camadas exigidas, porém o edital especifica que deve ser na gramatura 40/20/40, mas o que se constata é que as três camadas são de gramatura menor que as exigidas, não atendendo ao especificado no edital. Será a empresa subsequente.
PROMIX HOSPITALAR ME	COMERCIAL	ITEM 9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <b>APROVADO</b> - Os óculos estão dentro das especificações do edital.
QUIMIFORT PRODUTOS QUI. E LAB EIRELI	COMERCIO DE	ITEM 10	PROTETOR FACIAL (TIPO FACE SHIELD) (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <b>APROVADA</b> - Depois de realizado o teste constata-se que a amostra apresentada é compatível com as especificações que constam no edital.
MEDMAIA MEDICOS LTDA ME	COMERCIO DE PRODUTOS	ITEM 11	SACO DE ÓBITO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL) - <b>REPROVADO</b> - O saco não está embalado individualmente, está embalado em 5 unidades na mesma embalagem. Após teste a resistência colocando uma pessoa de 85 kg dentro do saco e tentando levantar, verificou-se que o material na confecção não é de boa qualidade, nem possui resistência. Será a empresa subsequente.

928  
FLS  
RUBRICA  
PREFEITURA

**OBS:** Laudo realizado por: José Samuel Gonzaga Nato – *Farmacêutico Coordenador da Farmácia do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias*; Gilson Matheus Menezes – *Gerente de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde*; Leydyane Garcia Filgueiras – *Enfermeira Assistencial da Secretaria de Saúde*; e, Carlianne Silvério da Costa – *Enfermeira Diretora Geral do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias*.

**DOS RECURSOS**



Por compulsivo desígnio do Art. 4º-G, § 1º, Lei nº 13.979/2020, e em reverência aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, *ex vi* do Art. 5º, LV da CF/88, fica aberto prazo de um (01) dia útil, para que os licitantes interessados possam interpor recurso em memorial, quanto aos resultados divulgados.



### ENCERRAMENTO

Essa Ata ficará fixada no flanelógrafo oficial do Município de Aracati – Ceará, afim de que sirva de publicidade a todos os interessados. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o presente certame, do que para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai devidamente assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.

CONDUZIRAM OS TRABALHOS		
Pregoeira	Nataniele Gondim Rodrigues	
Membros da Equipe de Apoio	Carlos Ramires de Lima Nascimento	
	Claudete de Lima Pinto Vieira	