



RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.023/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL DE 16 CORTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED.

I. DOS FATOS:

1. Impugnação interposta pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA., com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, alegando a necessidade de alterações nos itens das especificações técnicas do objeto, em virtude da suposta restrição à participação das empresas.

II. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTA À SOLICITAÇÃO APRESENTADA:

1. Em relação ao prazo de entrega estabelecido, destaca-se que a aquisição do tomógrafo está relacionada ao enfrentamento da Covid-19, pois a tomografia tem sido considerada como um dos principais exames para apontar as alterações pulmonares decorrente do Coronavírus. Em virtude disso, inviável é estabelecer um prazo tão longo para a entrega do produto, contudo, sabendo que tais produtos são importados, modifica-se o prazo de entrega para 60 dias, a fim de oportunizar às empresas o tempo necessário para entrega do equipamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a vossa inteira disposição para auxiliar, dentro de nossa esfera de competência, no que for necessário.

Respeitosamente,

Aracati, 27 de agosto de 2020.

Zózimo Luis de Medeiros Silva
Secretário Municipal de Saúde



RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL DE 16 CORTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED.

I. DOS FATOS:

1. Impugnação interposta pela empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, alegando a necessidade de alterações nos itens das especificações técnicas do objeto, em virtude da suposta restrição à participação das empresas.

II. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTA À SOLICITAÇÃO APRESENTADA:

1. Uma vez que não haverá limitação à participação das empresas concorrentes, atendendo, pois, ao princípio da livre concorrência e da isonomia, altera-se a especificação da espessura do corte e do campo de visão variável para, respectivamente:
 - Espessura de corte de 1.25 mm ou menor;
 - Campo de visão variável entre 50 e 430 mm ou superior.
2. Em se tratando da especificação do estabilizador, por não impedir ou limitar a participação das empresas concorrentes, mantém-se a seguinte indicação: “Estabilizador de tensão de rede (externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente estabilizar a base computacional” e “Estabilizador para o equipamento (caso necessário)”.
3. Em relação ao prazo de entrega estabelecido, destaca-se que a aquisição do tomógrafo está relacionada ao enfrentamento da Covid-19, pois a tomografia tem sido considerada como um dos principais exames para apontar as alterações pulmonares decorrente do Coronavírus. Em virtude disso, inviável é estabelecer um prazo tão longo para a entrega do produto, contudo, sabendo que tais produtos são importados, modifica-se o prazo de entrega para 60 dias, a fim de oportunizar às empresas o tempo necessário para entrega do equipamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a vossa inteira disposição para auxiliar, dentro de nossa esfera de competência, no que for necessário.

Respeitosamente,

Aracati, 27 de agosto de 2020.

Zózimo Luís de Medeiros Silva

Secretário Municipal de Saúde