



MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE



ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2023
Processo Administrativo Nº 10.010/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES
Data de Publicação: 25/05/2023 17:16:41

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:54
ASPIRADOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SAM MEDIC	Modelo: INL6003 ASPIRATEX
<p>Descrição: Aspirador: Equipamento portátil com alça para transporte: montado sob suporte com rodizio com 04 rodas, com freio: Modo de funcionamento contínuo ou acionamento por pedal: Possuir sistema para proteção do motor contra secreção: Ruído inferior a 60 db; Vazão de pelo menos 30 l/min; Faixa de leitura do vacuômetro com escala mínima de 0 a -700 mmHg; Acomodar 2 frascos coletores; Indicador de frasco cheio; Silenciador de alarme: Sistema de segurança na tampa do frasco que impede e interrompe o funcionamento do equipamento com o frasco cheio; Faixa de vácuo de pelo menos 0 a -600 mmHg, Ajuste de intensidade do vácuo; Filtro de ar bacteriológico; Permitir alterar o modo de operação de contínuo para acionamento por pedal: Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz.Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo:2 (dois) frascos com capacidade mínima de 2 Litros, em material reutilizável, autoclavável e graduado; 2 (dois) tampas com sensor de nível e sistema contra transbordamento;1 (um) pedal com gral de proteção contra água ou partícula;10 (dez) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis: Manual operacional em português:Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.549,00	Valor Total: 2.549,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 URSA COMERCIAL LTDA	138 26.628.908/0001-38	2.590,00	2.549,00		Sim
2 SAM MULLER INDUSTRIA DE	017 21.983.850/0001-27	2.600,00	2.550,00	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:55
Cama Hospitalar Fawler elétrica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: RENOVAR	Modelo:
<p>Descrição: Cama Hospitalar Fawler elétrica: com cabeceira e peseira removíveis, com grades laterais retráteis. Funcionamento através de motores ou atuador linear controlada através de controle remoto com fio e controle central na cabeceira. peseira ou nas laterais da cama. Acionamento automático e/ou manual para CPR; Realizar no mínimo os seguintes movimentos: Fawler. sentado, Trendelemburg. Trendelembuig reverso. Flexão de pernas/joelhos, dorso e elevação, revestido em material termoplástico de alta resistência, com 4 rodizios sendo no mínimo 2 com freios; com indicador de angulo; dimensões internas: 200 x 90 cm (/-10 cm), altura mínima e máxima: 40 e 75 cm (/- 1 0 cm). Capacidade de carga mínima 180 kg; Alimentação bivolt automática ou 220V/60Hz.Garantia mínima de 1 (um) ano a contar a partir da instalação ao equipamento. Registo na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo:1 (um) colchão1 (um) suporte de soro;1 (um) suporte para cilindro de oxigênioManual operacional em portuguêsTodos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 6.830,00	Valor Total: 68.300,00

CLASSIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALPHAMEDIC COMERCIO DE	133	33.451.630/0001-31	8.886,67	6.830,00		Sim
2 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	132	13.719.523/0001-34	8.886,00	6.840,00	0,15	Sim
3 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	064	13.576.534/0001-02	8.886,67	8.886,67	29,92	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:55
Monitor multiparamétrico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: lepu medical	Modelo: k12
<p>Descrição: Monitor multiparamétrico: pré-configurado para as parâmetros ECG, PNI, TEMP, RESP e SPO2 e modular para possíveis parâmetros avançados, aplicação em pacientes adultos e pediátricos; Configuração mínima estabelecida: SPO2, ECG, respiração, PNI, temperatura: Monitor fisiológico com tela em LCD colorida de no mínimo 12", touch screen e/ou encoder; Possuir bateria com autonomia de no mínima 90 minutos, recarregável no próprio equipamento; Capacidade para apresentar em tempo real no mínimo 06 (seis) curvas simultâneas na tela e monitorar simultaneamente no mínimo 09 (nove) parâmetros vitais; Alarmes sonoros de no mínimo 03 (três) níveis diferentes: Sinalização sonora e visual, limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os sinais vitais monitorados: Parâmetro de SPO2: indicação numérica dos valores de saturação e pulso: Faixa de medição de pelo menos 1 a 100% : Apresentação da onda de plestimografia; indicação na tela de mensagens de erro, Acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável adulto, 2 sensores tipo clip ou de borracha de dedo reutilizável pediátrico, Parâmetro de ECG: pelo menos 2 opções de derivação (3 e 5 vias); Frequência cardíaca de pelo menos: 30 a 260 bpm; Detecção de marca-passo: Acompanha os acessórios originais do fabricante: 1 cabo de paciente 05 vias, Parâmetro de respiração: faixa de medição de pelo menos 4 a 120 rpm, Método de medição: impedância torácica ou tecnologia superior: Parâmetro de pressão não invasiva: escala de pelo menos 30 a 240 mmhg; Possuir medição sistólica, diastólica e média: insuflação e exsuflação automática do manguito; acompanha os acessórios originais do fabricante: 01 mangueira de conexão, 02 manguitos adulto, 1 manguito adulto/ obeso, 1 manguito pediátrico; Parâmetro de temperatura: unidade de medida em graus Celsius (°C); acompanha os acessórios originais do fabricante: 2 cabos e sensores de pele para utilização em pacientes adultos e 1 cabo e sensor de pele para utilização em paciente pediátrico. Peso máximo do monitor: 9kg; cabo de força de no mínimo 1 metro de comprimento. Manual e operação em português. Registro na ANVISA vigente. Garantia mínima de 2 anos, a partir da instalação.</p> <p>Quantidade: 11 Valor Unit.: 5.800,00 Valor Total: 63.800,00</p>			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO	148	37.581.390/0001-40	13.660,00	5.800,00		Sim
2 ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	030	11.405.384/0001-49	5.840,00	5.840,00	0,69	Não
3 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	102	13.719.523/0001-34	13.660,00	8.999,00	54,09	Sim
4 NORDESTE MEDICAL,	126	20.782.880/0001-02	40.000,00	9.000,00	0,01	Não
5 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	097	13.576.534/0001-02	13.660,33	9.499,00	5,54	Não
6 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	094	01.405.834/0001-40	18.825,00	9.500,00	0,01	Não
7 URSA COMERCIAL LTDA	122	26.628.908/0001-38	13.000,00	9.999,00	5,25	Sim
8 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO	075	08.675.394/0001-90	13.500,00	10.018,75	0,20	Não
9 HIFARMA COMERCIO E	128	05.234.475/0001-66	13.660,33	11.500,00	14,78	Sim
10 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	103	74.068.008/0001-26	13.660,33	12.977,00	12,84	Sim
11 LIFEMED IND. DE EQUIP. E ART.	086	02.357.251/0001-53	25.000,00	13.597,00	4,78	Não
12 HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	115	30.749.060/0001-72	13.660,33	13.660,33	0,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS



MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDLINE - COMERCIO DE	068 42.692.033/0001-90	13.660,33	13.660,33		Sim

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:55

Oftalmoscópio direto completo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: Oftalmoscópio direto completo: iluminação LED; Seleção de abertura do diafragma em pelo menos 5 posições, dentre elas: círculo grande. Círculo pequeno e fixação; Filtro livre de vermelho: Lentes de no mínimo -20 a 20 dioptrias; Ajuste de intensidade; Alimentação por bateria recarregável ou pilhas recarregáveis; Registro Anvisa vigente: Garantia mínima de 1 (um) ano. Deverá acompanhar no mínimo 1 (uma) Lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias; 1 carregador de bateria ou pilhas 220v1 estojo para armazenamento; Manual de instrução em português. Demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 980,00	Valor Total: 980,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 URSA COMERCIAL LTDA	148 26.628.908/0001-38	1.400,00	980,00		Sim
2 ALPHAMEDIC COMERCIO DE	049 33.451.630/0001-31	1.473,67	989,00	0,92	Sim
3 PROSAUDE MATERIAL MEDICO	059 26.383.168/0001-17	1.473,67	1.121,00	13,35	Sim
4 HIFARMA COMERCIO E	101 05.234.475/0001-66	1.473,67	1.200,00	7,05	Sim
5 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	004 74.068.008/0001-26	1.473,67	1.384,00	15,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDLINE - COMERCIO DE	104 42.692.033/0001-90	1.473,67	1.473,67		Sim

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:55

Otoscópio clínico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: HS	Modelo: HS
Descrição: Otoscópio clínico: iluminação LED: Transmissão da luz por fibra óptica, permite aumento de imagem; Alimentação par bateria recarregável ou pilhas recarregáveis, Registro Anvisa vigente. Garantia mínima de 1 (um) ano. Deve acompanhar no mínimo: 1 (uma) lâmpada reserva; 2 (duas) pilhas ou baterias. 1 (um) carregador de bateria ou pilhas 220V, 1 (um) jogo de espéculos com no mínimo 5 espéculos reutilizáveis de diferentes calibres, 1 (um) estojo para armazenamento, Manual de instruções em português. Demais acessórios necessários para a seu perfeito funcionamento.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 819,99	Valor Total: 819,99

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	134 74.068.008/0001-26	831,11	819,99		Sim
2 PROSAUDE MATERIAL MEDICO	111 26.383.168/0001-17	831,11	820,00	0,00	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA	042 26.628.908/0001-38	830,00	830,00	1,22	Sim
4 HIFARMA COMERCIO E	112 05.234.475/0001-66	831,11	831,11	0,13	Sim
5 ALPHAMEDIC COMERCIO DE	005 33.451.630/0001-31	831,11	831,11	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS



MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDLINE - COMERCIO DE	097 42.692.033/0001-90	831,11	831,11		Sim

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 14/06/2023 15:42:55
Negatoscópio

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BIOTRON	Modelo: LED
Descrição: Negatoscópio : 2 corpos para fixação na parede, estrutura em chapa de aço com superfície em acrílico branco translúcido. Iluminação através de lâmpada LED. Presilhas em aço para fixação do raio X. Interruptor liga/ desliga de fácil acesso, cabo de força, alimentação 220V 60 Hz ou bivolt automático. Manual de operação em português. Garantia Mínima de um Ano			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 520,00	Valor Total: 520,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 URSA COMERCIAL LTDA	089 26.628.908/0001-38	520,00	520,00		Sim
2 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	078 13.576.534/0001-02	524,88	524,88	0,94	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CIRURGICA AURORA PRODUTOS	086 37.721.018/0001-92	524,00	410,00		Sim
MEDLINE - COMERCIO DE	108 42.692.033/0001-90	524,88	524,88	28,0195	Sim

AUTORIDADE: CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.010/2023 - PE. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UCI PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N ° 112/2022 ENTRE A SESA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI – CE. **EMPRESAS VENCEDORAS:** **URSA COMERCIAL LTDA** (26628908000138) COM OS ITENS: 1, 4 E 8 NO VALOR TOTAL DE R\$4.049,00 (QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS). **3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO HOSPITALAR ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EEQUIPAMENTOS LTDA** (37581390000140) COM O ITEM: 3 NO VALOR TOTAL DE R\$63.800,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS). **ALPHAMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME** (33451630000131) COM O ITEM: 2 NO VALOR TOTAL DE R\$68.300,00 (SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS). **NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** (74068008000126) COM O ITEM: 5 NO VALOR TOTAL DE R\$819,99 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO HOMOLOGADO NA FORMA DA LEI Nº. 8.666/93 E LEI Nº. 10.520/02. CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES – SECRETÁRIA DE SAÚDE. ARACATI/CE, 14 DE JUNHO DE 2023.



CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ARACATI/CE, 14 DE JUNHO DE 2023.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FOI AFIXADO NO QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, O EXTRATO REFERENTE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ORIGINÁRIO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.010/2023 – SRP**, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 10 LEITOS DE UCI PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N º 112/2022 ENTRE A SESA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI – CE.


CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES
SECRETÁRIA DE SAÚDE