



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

FLS 322

RUBRICA

VENCEDORES DO PROCESSO FINAL



MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2023
Processo Administrativo Nº 10.011/2023-SRP
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES
Data de Publicação: 12/07/2023 11:45:19

TOTAL DO PROCESSO: **3.967,00**

CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.721.018/0001-92 **1.967,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 138 Lance: 1.967,00 **Total: 1.967,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RENASCER Modelo: RN04018I

Descrição: Maca com grades: construída em tubas de aço inoxidável, com 04 rodízios de pelo menos 3 polegadas, sendo dois com freio em diagonal. Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável, com cabeceira móvel regulável, para-choque amortecedor em toda volta; Dimensões da maca: 1.90 X 0,60 X 0,85M (/-JO cm), Grades de tombar nos dois lados. em tubos redondos de aço inoxidável, com suporte de soro. Suporte para equipamentos de infusão e suporte para cilindro de O2; Capacidade mínima de 130 kg; Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: Manual de operação em português. Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.967,46 **Valor Unit.: 1.967,00** Total Item: 1.967,00


IDEALINE COMERCIAL EIRELI 06.331.320/0001-00 **2.000,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 2.000,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MADU EXTRA Modelo: C001

Descrição: Carro de emergência: confeccionado em aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática e pó; no mínimo 4 gavetas (inferior com dimensões superiores às demais) ou 3 gavetas mais 1 compartimento inferior com porta basculante/escamoteável, gavetas com puxadores, dentre as quais pelo menos 01 (uma) deve possuir no mínimo. 16 divisórias para medicamentos: Base com 04(quatro) rodízios giratórios de pelo menos 03" de diâmetro. Dentre os quais no mínimo 2(dois) devem possuir freios; Pare - choque de borracha nas extremidades ou em toda volta: deve apresentar: sistema de trava para gavetas. Suporte para tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de O2, suporte para soro com altura regulável em aço inoxidável, suporte para cardioversor/desfibrilador e painel/calha com conexões elétricas integrado ao equipamento, com cabo de pelo menos 3m; Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Deverá acompanhar no mínima: 1 (uma) tábua para massagem cardíaca; 1 (um) suporte de soro; Manual de operação em português. Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.127,50 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00



PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES