

## PARECER TÉCNICO

A LealMed, atual empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico hospitalares do Hospital Dr. Eduardo Dias – Aracati, CE – vem através desse documento, dar o seu parecer técnico referente aos equipamentos que integram à proposta enviada pela empresa Gastrovision concorrente no certame 10.011/2020 PP.


A proposta de preço da empresa GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME, cujo os equipamentos a serem fornecidos são: Gastrosópio de vídeo, Colonoscópio de vídeo e Sistema de controle de vídeo endoscópio, da marca Sonoscape Medical Corp. – China, República Popular – Modelo: HD-500, contém na descrição da especificação do material as mesmas descrições que constam no edital e foi anexado na proposta as informações técnicas dos aparelhos.

Fazendo uma análise do que está sendo pedido no edital, com a descrição oferecida pela empresa, notamos a ausência das seguintes informações: **Referente a Processadora de imagem:** wide screen; Balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes; Seleção de nitidez de imagem; Sistema de shutter manual ou automático; Saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC, Y/C, REGB; Sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja xênon, o que é o caso); **Referente ao Monitor:** tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução mínima de 1280x1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC, Y/C, RGB. Não encontramos nenhuma informação se o **Videogastrosópio** é esterilizável por processo de baixa temperatura. **No edital exige que o videogastrosópio tenha comprimento de trabalho mínimo de 1.100MM, porém na descrição do aparelho o valor apresentado é de 1050MM.** Então, algumas informações sobre os equipamentos não foram especificadas, deixando dúvidas se esses aparelhos atendem fielmente o que está sendo pedido no edital.

Diante dessa análise, podemos dizer que os aparelhos oferecidos pela empresa Gastro Vision, não atende 100% o que está sendo exigido pela descrição do edital.

Ressaltamos que a análise foi feita de forma superficial, mediante a descrição anexada pela empresa na proposta de preço, em comparação com o que foi exigido no edital.

Maranguape, 24 de julho de 2020



---

**RODRIGO FERREIRA LEAL**  
**DIRETOR/TÉCNICO**  
**LEALMED IMAGE**

## PARECER TÉCNICO

A LealMed, atual empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico hospitalares do Hospital Dr. Eduardo Dias – Aracati, CE – vem através desse documento, dar o seu parecer técnico referente aos equipamento que integram à proposta enviada pela empresa Fortalmед concorrente no certame 10.011/2020 PP.

A proposta de preço da empresa FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E JARAGUA MERCANTIL LTDA EPP, cujo os equipamentos a serem fornecidos são: **Processadora de Imagem** – marca: PENTAX, Modelo: EPK-i5500C; **Fonte de Iluminação** – Marca: PENTAX, modelo: EPK-i5500c; **VideogastroscoPIO** – marca: PENTAX, modelo: EG29-i10c; **VideocolonoscóPIO** – Marca: PENTAX, modelo: EC 38-i10cc, está conforme pede o edital na sua descrição. Os aparelhos da marca PENTAX são bastantes conhecidos e usados no Brasil, o que passa uma confiabilidade maior. Além de atender a todas as exigências do edital.

Fazendo uma análise do que está sendo pedido no edital, com o conhecimento que temos desses equipamentos, concluímos que eles atendem todos os requisitos solicitados, por tanto, recomendamos.

Maranguape, 26 de julho de 2020



RODRIGO FERREIRA LEAL  
DIRETOR/TÉCNICO  
LEALMED IMAGE