



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2023
Processo Administrativo Nº 10.010/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES
Data de Publicação: 25/05/2023 17:16:41

LOTE 6	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 1	Val.Ref.: 1.967,46
<p>Descrição: Maca com grades: construída em tubas de aço inoxidável, com 04 rodízios de pelo menos 3 polegadas, sendo dois com freio em diagonal. Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável, com cabeceira móvel regulável, para-choque amortecedor em toda volta; Dimensões da maca: 1.90 X 0,60 X 0,85M (/-JO cm), Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável, com suporte de soro. Suporte para equipamentos de infusão e suporte para cilindro de O2; Capacidade mínima de 130 kg; Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Registro na ANVISA vigente. Deverá acompanhar no mínimo: Manual de operação em português. Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>			
LOTE 7	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 1	Val.Ref.: 2.127,50
<p>Descrição: Carro de emergência: confeccionado em aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática e pó; no mínimo 4 gavetas (inferior com dimensões superiores às demais) ou 3 gavetas mais 1 compartimento inferior com porta basculante/escamoteável, gavetas com puxadores, dentre as quais pelo menos 01 (uma) deve possuir no mínimo, 16 divisórias para medicamentos: Base com 04(quatro) rodízios giratórios de pelo menos 03" de diâmetro. Dentre os quais no mínimo 2(dois) devem possuir freios; Pare - choque de borracha nas extremidades ou em toda volta; deve apresentar: sistema de trava para gavetas. Suporte para tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de O2, suporte para soro com altura regulável em aço inoxidável, suporte para cardioversor/desfibrilador e painel/calha com conexões elétricas integrado ao equipamento, com cabo de pelo menos 3m; Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar a partir da instalação do equipamento. Deverá acompanhar no mínima: 1 (uma) tábua para massagem cardíaca; 1 (um) suporte de soro; Manual de operação em português. Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>			